C.O.I.
COMPAGNIA OTTICA ITALIANA srl
Via Paganini, 10 - 20131 MILANO
tel. (++39) 02 29526650/0229526651
E-Mail: info@coivision.com – www.coivision.com

SCHERMO di HESS 50°
Articolo 62.041.01 – SCHEDA TECNICA

Realizzato nel rispetto delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)



Lo Schermo di Hess a 50° C.O.I. è uno strumento di semplice utilizzo destinato alla valutazione della funzionalità visiva, precisamente per controllare la funzionalità e la coordinazione dei muscoli extra oculari; permette di valutare anche le ciclo torsioni oculari nelle varie posizioni di sguardo.
Tale strumento è identificato dal codice 62.041.01
Lo SCHERMO di HESS a 50° è stampato su banner in PVC di 86x122cm
Questo modello presenta un miglioramento rispetto ad altri prodotti similari poiché risulta allungato nella parte inferiore così da poter permettere la valutazione della motilità oculare fino a 50° verso il basso. L'esplorazione fino a 50° inferiori è importante per lo studio della diplopia poiché è la posizione di sguardo utilizzata per la deambulazione.
Nella zona fra 30° e 50° inferiori si può meglio seguire l'evoluzione di una paresi perché è in questa zona che si verificano per primi i cambiamenti.

Il reticolo è nero su fondo grigio chiaro ed è costituito da 24 punti numerati su cui il paziente deve puntare la luce della torcia seguendo le indicazioni del professionista.

Lo schermo è fornito completo di:
- 1 torcia Rossa
- 1 torcia Verde
- 1 occhialino ovale R/V
- 1 blocchetto di schede

Per eseguire l'esame si usano due torce e gli occhialini Rosso/Verde
L'esame si esegue in luce ambiente

Lo SCHERMO di HESS a 50° rientra nella classificazione dei dispositivi non invasivi di classe 1- Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) - in quanto il suo utilizzo non prevede nessun contatto con la cornea, o altre parti dell'occhio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE CE
la sottoscritta
C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella
Via Paganini, 10 – 20131 Milano
dichiara che il prodotto codice articolo 62.041.01 è conforme alle disposizioni delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)
concernente i dispositivi medici di Classe I e successive modifiche.

CND: Z1212012004 BD/RDM: 640833

aggiornato al 05/2021