C.O.I.
COMPAGNIA OTTICA ITALIANA srl
Via Paganini, 10 - 20131 MILANO
tel. (++39) 02 2952 6650 – 02 2952 6651
E-Mail: **info@coivision.com**
www.coivision.com

Programma manici HEINE BETA®

Sistema di alimentazione modulare - SCHEDA TECNICA

I manici Heine BETA sono composti dal modulo X-000.99.010 e molti accessori con i quali è possibile assemblare manici con caratteristiche differenti – in questo modo è possibile convertire in qualsiasi momento un manico Heine in un altro modello.
Tutti i manici BETA dispongono di protezione da corto-circuito e reostato di regolazione dell'intensità luminosa.
Di seguito sono illustrati i modelli principali:



Manico a batterie BETA	2,5V
Manico a batterie BETA, 145 mm x 30 mm diam. (batterie non incluse; batterie idonee: IEC LR14)	X-001.99.118
Prolunga BETA. Questa prolunga modifica il manico BETA in un manico a batterie da 3,5 V (batterie non incluse). Non idoneo per l'astuccio.	X-000.99.020
Base-chiusura BETA	X-000.99.119



Manico ricaricabile BETA L Li-ion per caricatore NT300

Con display indicatore dello stato di carica sulla base-chiusura BETA L 3,5 V.

- **Manico ricaricabile con batteria Li-ion L.** Carica rapida in 2 ore con il caricatore NT300.
- **Manico ricaricabile con indicazione dello stato di carica sulla base-chiusura.** Il display lampeggia per 10 secondi quando il manico è acceso o viene rimosso dal caricatore.
- **No effetto-memoria.** Massima potenza in qualsiasi momento senza perdita di capacità.
- **Aggiornamenti:** Esistenti manici BETA 3,5 V possono essere convertiti in BETA L sostituendo la batteria Li-ion L e la base-chiusura BETA L.
- **Compatibile con i precedenti caricatori** (NT200).
- **Ready-to-use Pronto all'uso:** Se il manico è acceso quando viene riposto nel caricatore, automaticamente si pegne. Quando viene rimosso, si riaccende nella stessa luminosità precedentemente selezionata.

Manico ricaricabile BETA L Li-ion per caricatore NT300	3,5V Li-ion
Manico BETA L 145 mm x 30 mm. diam., con batteria ricaricabile Li-ion L, completo (*).	X-007.99.395
Base-chiusura BETA L con indicatore dello stato di carica	X-002.99.396



Manico ricaricabile BETA TR con trasformatore a rete	3,5V NiMH	3,5V Li-ion
Il manico BETA TR 145mm x 30mm diam., viene ricaricato con un trasformatore a rete. Un LED nella base segnala il processo di ricarica. Lo speciale poggia-manico previene cadute accidentali.	X-002.99.384	X-007.99.384
Manico BETA TR, senza trasformatore	X-002.99.386	X-007.99.386
Trasformatore per manico ricaricabile BETA TR	X-000.99.309	X-000.99.309
Base-chiusura BETA TR	X-002.99.385	X-002.99.385

MANICO HEINE RICARICABILE USB 3,5V Li-ion	X-007.99.387
MANICO HEINE RIC. USB 3,5V Li-ion con caricatore + cavo	X-007.99.388

HEINE BETA® – batterie ricaricabili



[01] [02] [03]

Batterie ricaricabili	3,5V NiMH	3,5V Li-ion	3,5V Li-ion L
Batteria ricaricabile 3,5V per manici ricaricabili BETA	X-002.99.382 [01]	X-007.99.381 [02]	X-007.99.383 [03]

Attenzione: La batteria Li-ion L non è compatibile con manici BETA R, TR e NT 3,5V e le loro basi chiusura. Per manici laringoscopio HEINE, vedi pag. 081 – 085.

- **Tutti i manici BETA si possono convertire in manici BETA L 3,5V** (eccetto BETA SLIM) sostituendo la batteria Li-ion L 3,5V e la base-chiusura BETA L.
- **Max. 4 ore di ricarica con NT300 per NiMH. 2 ore per Li-ion L.**
- **Retro-compatibilità.** Tutte le batterie ricaricabili possono essere ricaricate anche nei precedenti caricatori NT200 e Nicatron.

CE

Heine Optotechnik & Co. KG – 82211 Herrsching – Germania

Conforme alla DIRETTIVA N. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici di Classe I e successive modifiche

CND: Z12120114