C.O.I.
COMPAGNIA OTTICA ITALIANA Srl
Via Paganini, 10 - 20131 MILANO
tel. (++39) 02 29526650
E-Mail: info@coivision.com – www.coivision.com

TEST CROMATICI
SCHEDA TECNICA



64.003.100 TEST FARNSWORTH 100 HUE
per molti anni chi utilizzava il test di Farnsworth 100 Hue lamentava che i pazienti non potessero toccare i dischetti colorati; inoltre è molto facile perderli rendendo il test inutilizzabile - questo modello con i dischetti magnetizzati e incapsulati in una scatola di plastica trasparente sigillata risolve questi problemi - il paziente deve selezionare i colori spostandoli con una penna magnetica ed il punteggio si ottiene facilmente leggendo la parte inferiore della pedina colorata e riportando i dati sulla scheda

64.002.15 TEST LANTHONY DESATURATO
kit con 15+1 capsule colorate
test per la classificazione dei difetti di visione ma non per il loro studio approfondito

- 15 dischi colorati (numerati sul retro)
- Astuccio in plexiglas con coperchio scorrevole
- Guanti in plastica
- Istruzioni
- Scheda di registrazione plastificata

Peso del prodotto confezionato: 0.45 kg

64.003.15 TEST FARNSWORTH D-15
kit con 15+1 capsule colorate - è un test per determinare alterazioni nella visione dei colori - il test viene eseguito utilizzando pedine di diverso colore numerate sul retro - completo di scheda registrazione da fotocopiare.

Peso del prodotto confezionato: 0.45 kg



64.007.15 TEST FARNSWORTH D-15 IPOVISIONE & PEDIATRICO

come il test di Farnsworth ma formato da 15 capsule colorate diametro 3,3cm che può essere ridotto a 1.2cm con un anello grigio che riduce l'apertura - include contenitore trasparente, scheda di registrazione dati.

Peso del prodotto confezionato: 0.4 kg

Realizzati nel rispetto regolamento (UE) 2017/745 (MDR) CE

CND: Z1212012099

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La sottoscritta

C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella -
Via Paganini, 10 – 20131 Milano

dichiara che i prodotti, sopra riportati, sono conformi:
al **Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)** concernente i dispositivi medici di **Classe I** e successive modifiche.